


ゴア®バイアバーン® スtentグラフト

GORE® VIABAHN®

Endoprosthesis
with Heparin Bioactive Surface



ゴア® バイアバーン® スtentグラフト 国内臨床試験* の成績



21.8 cm

平均病変長

65.7 %



完全閉塞

84.5%

TASC II C/D 病変

SFA長区域複雑病変における
12か月時一次開存率^{†,1}

12か月時一次開存率: ゴア® バイアバーン® スtentグラフト国内臨床試験[†]



* 治験計画書番号: VJH-11-01

† 日本の治験では、12か月時の一次開存率 (定義: TLRが無く、血流が確認されること) は92%を示した。
同じ治験にてTLRが無く PSVR 2.5未満と定義をした場合の12か月時の一次開存率は88%を示した。

Together, improving life



References

1. Ohki T, Kichikawa K, Yokoi H, *et al.* Outcomes of the Japanese multicenter Viabahn trial of endovascular stent grafting for superficial femoral artery lesions. *Journal of Vascular Surgery* 2017;66(1):130-142.e1. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074152141730383X>

販売名: ゴア® バイアバーン® スtentグラフト 承認番号: 22800BZX00070000 一般的名称: ヘパリン使用中心循環系stentグラフト (ヘパリン使用血管用stentグラフト)
ゴア、GORE、*Together, improving life*、バイアバーン、VIABAHNおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。
© 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22604134-JA JANUARY 2023

製造元

W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元

日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

