



GORE® VIABAHN® Endoprosthesis with PROPATEN Bioactive Surface*

CARTÃO DE DIMENSIONAMENTO



* Conforme usado pela Gore, a superfície bioativa com PROPATEN refere-se ao CBAS Heparin Surface, propriedade da Gore.

Cartão de dimensionamento

Compatibilidade com fio-guia de 0,035" (com marcadores radiopacos)

Dimensionamento do dispositivo		Bainha introdutora (Fr)					Diâmetro recomendado de balão para ajuste do dispositivo [†] (mm)
Diâmetro indicado no rótulo da endoprótese [*] (mm)	Diâmetro recomendado do vaso [†] (mm)	Comprimento do dispositivo de 2,5 cm [*]	Comprimento do dispositivo de 5 cm [*]	Comprimento do dispositivo de 10 cm [*]	Comprimento do dispositivo de 15 cm [*]	Comprimento do dispositivo de 25 cm [*]	
5	4,0–4,7	7	7	7	7	7	5
6	4,8–5,5	7	7	7	7	7	6
7	5,6–6,5	8	8	8	8	8	7
8	6,6–7,5	8	8	8	8	8	8
9	7,6–8,5	–	8	8	8	–	9
10	8,6–9,5	–	8	8	8	–	10
11	9,6–10,5	–	10	10	–	–	12
13	10,6–12,0	–	10 [§]	10 [§]	–	–	14

* Os diâmetros e comprimentos do dispositivo indicados no rótulo são nominais.

† O sobredimensionamento recomendado da endoprótese dentro do vaso é de aproximadamente 5–20%.

‡ No caso dos dispositivos com 11 mm e 13 mm de diâmetro, a pressão de insuflação do balão não deve ser superior a 8 atm.

§ O dispositivo com 13 mm de diâmetro não é compatível com o introdutor COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® de 10 Fr.



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Flagstaff, AZ 86004

+65 67332882 (Asia Pacific)


1800 680 424 (Australia/New Zealand)

00800 6334 4673 (Europe)

800 437 8181 (United States)

928 779 2771 (United States)

goremedical.com

 Consulte as instruções
de uso

eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de uso* em eifu.goremedical.com para obter uma descrição completa de todas as indicações, avisos, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados em que este produto está disponível. R_x Only

Nome do produto: GORE® VIABAHN® Endoprosthesis with PROPATEN Bioactive Surface

Número de registro na ANVISA: 80067930046

Data da publicação: Novembro de 2021

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

COOK, CHECK-FLO e FLEXOR são marcas comerciais da Cook Medical, Inc.

CBAS é uma marca comercial da Carmeda AB, uma subsidiária integral da

W. L. Gore & Associates, Inc.

GORE, VIABAHN e designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21330557-PT NOVEMBRO DE 2021