GORE® VIABAHN®
Endoprothesis
with PROPATEN Bioactive Surface*

CONFIGURAÇÕES

*Conforme usado pela Gore, a superfície bioativa com PROPATEN refere-se ao CBAS Heparin Surface, propriedade da Gore.

Together, improving life

Listagens em catálogo

Fio-guia de 0,035"

Código do produto	Diâmetro indicado no rótulo da endoprótese* (mm)	Comprimento da endoprótese* (cm)	Compri-mento do cateter† (cm)	Diâmetro recomendado do vaso‡ (mm)	Perfil do dispositivo§ (Fr)	Diâmetro recomendado de balão para ajuste do dispositivo‖ (mm)
PAHR050202K	5	2,5	120	4,0–4,7	7	5
PAHR050502K	5	5	120	4,0–4,7	7	5
PAHR051002K	5	10	120	4,0–4,7	7	5
PAHR051502K	5	15	120	4,0–4,7	7	5
PAHR052502K	5	25	120	4,0–4,7	7	5
PAHR060202K	6	2,5	120	4,8–5,5	7	6
PAHR060502K	6	5	120	4,8–5,5	7	6
PAHR061002K	6	10	120	4,8–5,5	7	6
PAHR061502K	6	15	120	4,8–5,5	7	6
PAHR062502K	6	25	120	4,8–5,5	7	6
PAHR070202K	7	2,5	120	5,6–6,5	8	7
PAHR070502K	7	5	120	5,6–6,5	8	7
PAHR071002K	7	10	120	5,6–6,5	8	7
PAHR071502K	7	15	120	5,6–6,5	8	7
PAHR072502K	7	25	120	5,6–6,5	8	7
PAHR080202K	8	2,5	120	6,6–7,5	8	8
PAHR080502K	8	5	120	6,6–7,5	8	8
PAHR081002K	8	10	120	6,6–7,5	8	8
PAHR081502K	8	15	120	6,6–7,5	8	8
PAHR082502K	8	25	120	6,6–7,5	8	8

Código do produto	Diâmetro indicado no rótulo da endoprótese* (mm)	Comprimento da endoprótese* (cm)	Comprimento do cateter† (cm)	Diâmetro recomendado do vaso‡ (mm)	Perfil do dispositivo§ (Fr)	Diâmetro recomendado de balão para ajuste do dispositivo‖ (mm)
PAHR090502K	9	5	120	7,6–8,5	8	9
PAHR091002K	9	10	120	7,6–8,5	8	9
PAHR091502K	9	15	120	7,6–8,5	8	9
PAHR100502K	10	5	120	8,6–9,5	8	10
PAHR101002K	10	10	120	8,6–9,5	8	10
PAHR101502K	10	15	120	8,6–9,5	8	10
PAHR110502K	11	5	120	9,6–10,5	10	12
PAHR111002K	11	10	120	9,6–10,5	10	12
PAHR130502K	13	5	120	10,6–12,0	10§	14
PAHR131002K	13	10	120	10,6–12,0	10§	14

* Os diâmetros e comprimentos do dispositivo indicados no rótulo são nominais.

† Certifique-se de que o fio-guia tenha o tamanho apropriado (consulte as *Instruções de uso*) e um comprimento de pelo menos o dobro do cateter de liberação.

‡ O sobredimensionamento recomendado da endoprótese dentro do vaso é de aproximadamente 5–20%.

§ O dispositivo com 13 mm de diâmetro não é compatível com o introdutor COOK® FLEXOR® CHECK-FLO® de 10 Fr.

‖ No caso dos dispositivos com 11 mm e 13 mm de diâmetro, a pressão de insuflação do balão não deve ser superior a 8 atm.

COOK, CHECK-FLO e FLEXOR são marcas comerciais da Cook Medical, Inc.

Consult Instructions for Use
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de uso* em eifu.goremedical.com para obter uma descrição completa de todas as indicações, avisos, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados em que este produto está disponível. ℞ Only

Nome do produto: GORE® VIABAHN® Endoprosthesis with PROPATEN Bioactive Surface
Número do registro na ANVISA: 80067930046
Data de publicação: Novembro de 2021

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

COOK, CHECK-FLO e FLEXOR são marcas comerciais da Cook Medical, Inc.
CBAS é marca registrada da Carmeda AB, uma subsidiária de propriedade integral da W. L. Gore & Associates, Inc.
GORE, *Together, improving life*, VIABAHN e designs são marcas registradas da W. L. Gore & Associates.
© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21333637-PT NOVEMBRO DE 2021

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Asia Pacific +65 67332882 **Australia/New Zealand** 1800 680 424 **Europe** 00800 6334 4673
United States Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771