

ゴア® カーディオフォーム セプタルオクルーダー

GORE® CARDIOFORM

Septal Occluder



規格一覧

品番	デバイスサイズ (最大ディスク外径)	カテーテルサイズ*	推奨される最大欠損孔の大きさ†
GSX0020J‡	20 mm	10 Fr	11 mm
GSX0025J	25 mm	10 Fr	14 mm
GSX0030J	30 mm	10 Fr	17 mm

すべてのカテーテル有効長は 75 cm です。

* ガイドワイヤーを使用する場合は12 Fr のイントロデューサーシース

† サイジングバルーンによるストップフロー法で測定

‡ 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名:ゴア® カーディオフォーム セプタルオクルーダー 承認番号: 30400BZX00110000 一般的名称:人工心膜用補綴材
ゴア、GORE、カーディオフォーム、CARDIOFORM および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。
© 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24CR3011-JA02 AUGUST 2024

「添文ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

