

GORE® EXCLUDER®

Família de Dispositivos Infrarrenais

CONFIGURAÇÕES



Together, improving life



GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis with C3® Delivery System

Endoprótese de tronco- ramo ipsilateral

Número de catálogo	Diâmetro aórtico interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese aórtica (mm)	Diâmetro ilíaco interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
RLT231212K	19–21	23	10–11	12	12	16
RLT231214K	19–21	23	10–11	12	14	16
RLT231216K	19–21	23	10–11	12	16	16
RLT231218K	19–21	23	10–11	12	18	16
RLT231412K	19–21	23	12–13,5	14,5	12	16
RLT231414K	19–21	23	12–13,5	14,5	14	16
RLT231416K	19–21	23	12–13,5	14,5	16	16
RLT231418K	19–21	23	12–13,5	14,5	18	16
RLT261212K	22–23	26	10–11	12	12	16
RLT261214K	22–23	26	10–11	12	14	16
RLT261216K	22–23	26	10–11	12	16	16
RLT261218K	22–23	26	10–11	12	18	16
RLT261412K	22–23	26	12–13,5	14,5	12	16
RLT261414K	22–23	26	12–13,5	14,5	14	16
RLT261416K	22–23	26	12–13,5	14,5	16	16
RLT261418K	22–23	26	12–13,5	14,5	18	16
RLT281212K	24–26	28,5	10–11	12	12	18
RLT281214K	24–26	28,5	10–11	12	14	18
RLT281216K	24–26	28,5	10–11	12	16	18
RLT281218K	24–26	28,5	10–11	12	18	18
RLT281412K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	12	18
RLT281414K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	14	18
RLT281416K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	16	18
RLT281418K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	18	18
RLT311413K	27–29	31	12–13,5	14,5	13	18
RLT311415K	27–29	31	12–13,5	14,5	15	18
RLT311417K	27–29	31	12–13,5	14,5	17	18
RLT351414K	30–32	35	12–13,5	14,5	14	18
RLT351416K	30–32	35	12–13,5	14,5	16	18
RLT351418K	30–32	35	12–13,5	14,5	18	18

Endoprótese do ramo contralateral

Número de catálogo	Diâmetro ilíaco interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento do ramo contralateral (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PLC121000K	10–11	12	10	12
PLC121200K	10–11	12	12	12
PLC121400K	10–11	12	14	12
PLC141000K	12–13,5	14,5	10	12
PLC141200K	12–13,5	14,5	12	12
PLC141400K	12–13,5	14,5	14	12
PLC161000K ^a	13,5–14,5	16	9,5	12
PLC161200K ^a	13,5–14,5	16	11,5	12
PLC161400K ^a	13,5–14,5	16	13,5	12
PLC181000K ^a	14,5–16,5	18	9,5	12
PLC181200K ^a	14,5–16,5	18	11,5	12
PLC181400K ^a	14,5–16,5	18	13,5	12
PLC201000K ^a	16,5–18,5	20	9,5	12
PLC201200K ^a	16,5–18,5	20	11,5	12
PLC201400K ^a	16,5–18,5	20	13,5	12
PLC231000K ^a	18,5–21,5	23	10	14
PLC231200K ^a	18,5–21,5	23	12	14
PLC231400K ^a	18,5–21,5	23	14	14
PLC271000K ^a	21,5–25,0	27	10	15
PLC271200K ^a	21,5–25,0	27	12	15
PLC271400K ^a	21,5–25,0	27	14	15

Endoprótese de extensor aórtico

Número de catálogo	Diâmetro aórtico interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento do ramo contralateral (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PLA230300K	19–21	23	3,3	16
PLA260300K	22–23	26	3,3	16
PLA280300K	24–26	28,5	3,3	16
PLA320400K	27–29	32	4,5	17
PLA360400K	30–32	36	4,5	18

Endoprótese de extensor ilíaco

Número de catálogo	Diâmetro ilíaco interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PLL161007K	8–9	10	7	12
PLL161207K	10–11	12	7	12
PLL161407K	12–13,5	14,5	7	12

GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis

Componente do ramo ilíaco

Número de catálogo	Diâmetro previsto do vaso ilíaco externo (mm)	Diâmetro do segmento distal (mm)	Comprimento do componente do ramo ilíaco (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
CEB231010K	6,5–9	10	10	16
CEB231210K	10–11	12	10	16
CEB231410K	12–13,5	14,5	10	16

Componente ilíaco interno

Número de catálogo	Diâmetro previsto do vaso ilíaco externo (mm)	Diâmetro do segmento ilíaco (mm)	Comprimento do componente ilíaco interno (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr x cm)
HGB161007K	6,5–9	10	7	12 x 45
HGB161207K	10–11	12	7	12 x 45
HGB161407K	12–13,5	14,5	7	12 x 45

Acessórios aórticos

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath

Número de catálogo ^a	Tamanho da bainha (Fr)	Diâmetro interno nominal da bainha (mm)	Diâmetro externo nominal da bainha (mm)	Comprimento útil (cm)
DSFI233K	12	4,0	4,7	33
DSFI245K	12	4,0	4,7	45
DSFI433K	14	4,7	5,3	33
DSFI533K	15	5,0	5,6	33
DSFI633K	16	5,3	6,1	33
DSFI833K	18	6,0	6,7	33

^a NOTA: Todas as endopróteses de ramo contralateral de grande diâmetro (16, 18, 20, 23, 27 mm) podem ser utilizadas como extensores ilíacos.

^b Os números de catálogo GDSF não estão disponíveis em todas as regiões; use os números de catálogo DSF quando apropriado.


Endoprótese de tronco-ramo ipsilateral

Número de catálogo ^e	Diâmetro do vaso aórtico previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese aórtica (mm)	Diâmetro do vaso ilíaco previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Bainha introdutora recomendada (Fr)
CXT201212K	16–18	20	10–11	12	12	15
CXT201412K	16–18	20	12–13,5	14,5	12	15
CXT231412K	19–21	23	12–13,5	14,5	12	15
CXT261412K	22–23	26	12–13,5	14,5	12	16
CXT281412K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	12	16
CXT321414K	27–29	32	12–13,5	14,5	14	18
CXT361414K	30–32	36	12–13,5	14,5	14	18

Endoprótese de extensor aórtico

Número de catálogo ^e	Diâmetro aórtico interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
CXA200005K	16–18	20	4,5	15
CXA230005K	19–21	23	4,5	15
CXA260005K	22–23	26	4,5	15
CXA280005K	24–26	28,5	4,5	16
CXA320005K	27–29	32	4,5	18
CXA360005K	30–32	36	4,5	18

Endoprótese de extensor aórtico e tronco-ramo ipsilateral



^e Atualmente disponível comercialmente.

^f 12 mm disponível somente na GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis de 20 mm.



Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* no Web site eifu.goremedical.com para uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis para os mercados onde este produto está disponível. Rx Only

Nome comercial: GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath. Número do registro na ANVISA: 80067930039.

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930038.

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930047.

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930040.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas mencionadas são marcas comerciais de uma empresa do grupo de afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs “*Together, improving life*” são marcas registradas de uma empresa da Gore. 25AR1235-PT02 JUNHO 2026 MAT-0821-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

