GORE® EXCLUDER®
Familia de dispositivos infrarrenales

CONFIGURACIONES



Together, improving life

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis with C3® Delivery System

Endoprótesis de tronco-rama ipsilateral

Número de catálogo	Diámetro interno aórtico previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis aórtica (mm)	Diámetro interno ilíaco previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis ilíaca (mm)	Longitud total del dispositivo (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
RLT231212	19–21	23	10–11	12	12	16
RLT231214	19–21	23	10–11	12	14	16
RLT231216	19–21	23	10–11	12	16	16
RLT231218	19–21	23	10–11	12	18	16
RLT231412	19–21	23	12–13.5	14.5	12	16
RLT231414	19–21	23	12–13.5	14.5	14	16
RLT231416	19–21	23	12–13.5	14.5	16	16
RLT231418	19–21	23	12–13.5	14.5	18	16
RLT261212	22–23	26	10–11	12	12	16
RLT261214	22–23	26	10–11	12	14	16
RLT261216	22–23	26	10–11	12	16	16
RLT261218	22–23	26	10–11	12	18	16
RLT261412	22–23	26	12–13.5	14.5	12	16
RLT261414	22–23	26	12–13.5	14.5	14	16
RLT261416	22–23	26	12–13.5	14.5	16	16
RLT261418	22–23	26	12–13.5	14.5	18	16
RLT281212	24–26	28.5	10–11	12	12	18
RLT281214	24–26	28.5	10–11	12	14	18
RLT281216	24–26	28.5	10–11	12	16	18
RLT281218	24–26	28.5	10–11	12	18	18
RLT281412	24–26	28.5	12–13.5	14.5	12	18
RLT281414	24–26	28.5	12–13.5	14.5	14	18
RLT281416	24–26	28.5	12–13.5	14.5	16	18
RLT281418	24–26	28.5	12–13.5	14.5	18	18
RLT311413	27–29	31	12–13.5	14.5	13	18
RLT311415	27–29	31	12–13.5	14.5	15	18
RLT311417	27–29	31	12–13.5	14.5	17	18
RLT351414	30–32	35	12–13.5	14.5	14	18
RLT351416	30–32	35	12–13.5	14.5	16	18
RLT351418	30–32	35	12–13.5	14.5	18	18

Endoprótesis de rama contralateral

Número de catálogo	Diámetro interno ilíaco previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis ilíaca (mm)	Longitud de la rama contralateral (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
PLC121000	10–11	12	10	12
PLC121200	10–11	12	12	12
PLC121400	10–11	12	14	12
PLC141000	12–13.5	14.5	10	12
PLC141200	12–13.5	14.5	12	12
PLC141400	12–13.5	14.5	14	12
PLC161000[a]	13.5–14.5	16	9.5	12
PLC161200[a]	13.5–14.5	16	11.5	12
PLC161400[a]	13.5–14.5	16	13.5	12
PLC181000[a]	14.5–16.5	18	9.5	12
PLC181200[a]	14.5– 16.5	18	11.5	12
PLC181400[a]	14.5–16.5	18	13.5	12
PLC201000[a]	16.5–18.5	20	9.5	12
PLC201200[a]	16.5–18.5	20	11.5	12
PLC201400[a]	16.5–18.5	20	13.5	12
PLC231000[a]	18.5–21.5	23	10	14
PLC231200[a]	18.5–21.5	23	12	14
PLC231400[a]	18.5–21.5	23	14	14
PLC271000[a]	21.5–25.0	27	10	15
PLC271200[a]	21.5–25.0	27	12	15
PLC271400[a]	21.5–25.0	27	14	15

Endoprótesis con extensor aórtico

Número de catálogo	Diámetro interno aórtico previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis (mm)	Longitud de la endoprótesis (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
PLA230300	19–21	23	3.3	16
PLA260300	22–23	26	3.3	16
PLA280300	24–26	28.5	3.3	16
PLA320400	27–29	32	4.5	17
PLA360400	30–32	36	4.5	18

Iliac Extender Endoprosthesis

Número de catálogo	Diámetro interno ilíaco previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis (mm)	Longitud de la endoprótesis (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
PLL161007	8–9	10	7	12
PLL161207	10–11	12	7	12
PLL161407	12–13.5	14.5	7	12

GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis

Componente de rama ilíaca

Número de catálogo	Diámetro previsto del vaso ilíaco externo (mm)	Diámetro del extremo ilíaco (mm)	Longitud del componente de rama ilíaca (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
CEB231010H	6.5–9	10	10	16
CEB231210H	10–11	12	10	16
CEB231410H	12–13.5	14.5	10	16

Componente ilíaco interno

Número de catálogo	Diámetro previsto del vaso ilíaco interno (mm)	Diámetro del extremo ilíaco (mm)	Longitud del componente ilíaco interno (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr x cm)
HGB161007H	6.5–9	10	7	12 x 45
HGB161207H	10–11	12	7	12 x 45
HGB161407H	12–13.5	14.5	7	12 x 45

Accesorios aórticos

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath

Número de catálogo[b]	Tamaño de vaina (Fr)	Diámetro interno mínimo de la vain (mm)	Diámetro externo mínimo de la vaina (mm)	Longitud operativa (cm)
GDSF1233	12	4.0	4.7	33
GDSF1245	12	4.0	4.7	45
GDSF1433	14	4.7	5.3	33
GDSF1533	15	5.0	5.6	33
GDSF1633	16	5.3	6.1	33
GDSF1833	18	6.0	6.7	33

GORE® Molding & Occlusion Balloon Catheter

Número de catálogo	Tamaño (Fr)	Diámetro del balón (mm)	Longitud del catéter (cm)
MOB37	10	10–37	90

[a] TENGA EN CUENTA: Todas las endoprótesis de rama contralateral de diámetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm) pueden utilizarse como extensores ilíacos.

[b] Los números de catálogo GDSF no están disponibles en todas las regiones; utilice los números de catálogo DSF cuando sea apropiado.

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis featuring C3® Delivery System

Extensor aórtico y endoprótesis de tronco-rama ipsilateral



Endoprótesis de rama contralateral[1,2]



Endoprótesis de extensor ilíaco[3]



GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis System

Componente ilíaco interno
Componente de rama ilíaca



[c] 12 mm sólo disponible en determinados tamaños de tronco.
[d] 14.5 mm sólo disponible en determinados tamaños de tronco.

1. Todas las endoprótesis de rama contralateral de diámetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm) pueden utilizarse como extensores ilíacos.
2. La endoprótesis de rama contralateral de 27 mm x 10 cm no tiene un marcador radiopaco 6 cm por encima del extremo distal.
3. Los tamaños tradicionales de extensores ilíacos (10, 12, 14.5 mm) no son compatibles con endoprótesis de rama contralateral de diámetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm).

GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis with ACTIVE CONTROL System

Endoprótesis de tronco-rama ipsilateral

Número de catálogo[e]	Diámetro previsto del vaso aórtico (mm)	Diámetro de la endoprótesis aórtica (mm)	Diámetro previsto del vaso ilíaco (mm)	Diámetro de la endoprótesis ilíaca (mm)	Longitud total del dispositivo (cm)	Vaina introductora recomendada (Fr)
CXT201212H	16–18	20	10–11	12	12	15
CXT201412H	16–18	20	12–13.5	14.5	12	15
CXT231412H	19–21	23	12–13.5	14.5	12	15
CXT261412H	22–23	26	12–13.5	14.5	12	16
CXT281412H	24–26	28.5	12–13.5	14.5	12	16
CXT321414H	27–29	32	12–13.5	14.5	14	18
CXT361414H	30–32	36	12–13.5	14.5	14	18

Endoprótesis con extensor aórtico

Número de catálogo[e]	Diámetro interno aórtico previsto (mm)	Diámetro de la endoprótesis (mm)	Longitud de la endoprótesis (cm)	Tamaño de vaina recomendado (Fr)
CXA200005H	16–18	20	4.5	15
CXA230005H	19–21	23	4.5	15
CXA260005H	22–23	26	4.5	15
CXA280005H	24–26	28.5	4.5	16
CXA320005H	27–29	32	4.5	18
CXA360005H	30–32	36	4.5	18

Extensor aórtico y endoprótesis de tronco-rama ipsilateral



[e] Actualmente disponible en el mercado.
[f] 12 mm sólo disponible en la GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis.

Consulte las
Instrucciones de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte las *Instrucciones de Uso* en eifu.goremedical.com para una descripción completa de todas las indicaciones aplicables, advertencias, precauciones y contraindicaciones en los mercados donde el producto está disponible. $\mathrm{R_x\ Only}$

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath
INDICACIONES DE USO: La vaina introductora GORE® DrySeal Flex está diseñada para insertarse en el sistema vascular con para proporcionar un conducto para la inserción de dispositivos endovasculares, minimizando al mismo tiempo la pérdida de sangre asociada a dichas inserciones.
CONTRAINDICACIONES: No se conocen contraindicaciones para este dispositivo.

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis
INDICACIONES DE USO: Endoprótesis de tronco-rama ipsilateral y rama contralateral. La GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis está indicada para excluir el aneurisma de la circulación sanguínea en pacientes diagnosticados con aneurisma aórtico abdominal (AAA) infrarrenal y que presentan una anatomía adecuada, como se describe a continuación: Acceso ilíaco/femoral adecuado; rango de diámetro de tratamiento del cuello aórtico infrarrenal de 19–32 mm y una longitud mínima del cuello aórtico de 15 mm; angulación del cuello aórtico proximal ≤ 60°; rango de diámetro de tratamiento de la arteria ilíaca de 8–25 mm y longitud de la zona de sellado del vaso distal ilíaco de al menos 10 mm. Endoprótesis con extensor aórtico y extensor ilíaco. Las endoprótesis extensoras aórticas e ilíacas están diseñadas para utilizarse después del despliegue de la GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Estas extensiones se utilizan cuando se desea una mayor longitud y/o sellado para la exclusión de aneurismas.
CONTRAINDICACIONES: La GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis está contraindicada en: pacientes con sensibilidades o alergias confirmadas a los materiales del dispositivo; pacientes con una infección sistémica que pueden estar en mayor riesgo de infección del implante endovascular.

GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
INDICACIONES DE USO: Endoprótesis de tronco-rama ipsilateral y rama contralateral. La endoprótesis GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis está indicada para excluir el aneurisma de la circulación sanguínea en pacientes diagnosticados con aneurisma aórtico abdominal (AAA) infrarrenal y que presentan una anatomía adecuada, como se describe a continuación: Acceso ilíaco/femoral adecuado; rango de diámetro de tratamiento del cuello aórtico infrarrenal de 16–32 mm y una longitud mínima del cuello aórtico de 10 mm; angulación del cuello aórtico proximal ≤ 90°; rango de diámetro de tratamiento de la arteria ilíaca de 8–25 mm y longitud de la zona de sellado del vaso distal ilíaco de al menos 10 mm. Los componentes de la endoprótesis con extensor aórtico y endoprótesis con extensor ilíaco están diseñados para utilizarse después del despliegue de GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis. Estas extensiones se utilizan cuando se desea una mayor longitud y/o sellado para la exclusión de aneurismas.
CONTRAINDICACIONES: GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis está contraindicada en: pacientes con sensibilidades o alergias confirmadas a los materiales del dispositivo. Todos los componentes de GORE® EXCLUDER® Conformable Endoprosthesis contienen politetrafluoroetileno expandido (ePTFE), etileno propileno fluorado (FEP), nitinol (aleación de níquel-titanio) y oro. Pacientes con una infección sistémica que pueden presentar un mayor riesgo de infección de la endoprótesis.

GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis (IBE)
INDICACIONES DE USO: Rama ilíaca y componentes ilíacos internos. GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis (IBE) está diseñada para utilizarse con GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis para aislar la arteria ilíaca común del flujo sanguíneo sistémico y conservar el flujo sanguíneo en las arterias ilíacas externas e internas en pacientes con aneurisma ilíaco común o aortoilíaco, que presenten una anatomía adecuada, incluyendo: Acceso ilíaco/femoral adecuado; Diámetro ilíaco común mínimo de 17 mm en la zona de implantación proximal de la IBE; Diámetro de tratamiento de la arteria ilíaca externa de 6.5 a 25 mm y longitud de la zona de sellado de al menos 10 mm; Diámetro de tratamiento de la arteria ilíaca interna de 6.5 a 13.5 mm y longitud de la zona de sellado de al menos 10 mm; Longitud adecuada desde la arteria renal principal más baja hasta la arteria ilíaca interna para alojar la longitud total de la endoprótesis, calculada sumando las longitudes mínimas de los componentes necesarios, teniendo en cuenta las superposiciones adecuadas entre los componentes. Componentes GORE® EXCLUDER® utilizados junto con GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis: Componente de rama tronco-ipsilateral. La rama tronco-ipsilateral está diseñada para proporcionar sellado proximal y fijación para la reparación endovascular del aneurisma. Para obtener más información sobre las indicaciones de uso y colocación del componente tronco-rama ipsilateral, consulte las Instrucciones de Uso de GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Componente de endoprótesis de rama contralateral. La endoprótesis de rama contralateral está diseñada para conectar el componente tronco-ipsilateral del dispositivo GORE® EXCLUDER® con la GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis después del despliegue de la GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis. Además, la endoprótesis de rama contralateral está diseñada para utilizarse en la extensión distal del componente de rama ilíaca en la arteria ilíaca externa. El componente de rama ilíaca puede tratar diámetros de la arteria ilíaca externa de hasta 13.5 mm. Esta capacidad de extender el componente de la rama ilíaca distalmente con cualquier endoprótesis de rama contralateral amplía el rango de tratamiento de la arteria ilíaca externa hasta 25 mm. Para obtener más información sobre las indicaciones de uso y colocación del componente tronco-rama ipsilateral y endoprótesis de rama contralateral, consulte las Instrucciones de Uso de la GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Componentes del extensor aórtico y del extensor ilíaco. Las endoprótesis con extensor aórtico e ilíaco pueden utilizarse después del despliegue de las GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis y GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Estas extensiones se utilizan cuando se desea una mayor longitud y/o sellado para la exclusión de aneurismas. Para obtener más información sobre las indicaciones de uso y colocación del extensor aórtico y extensor ilíaco, consulte las *Instrucciones de Uso* de GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis.
CONTRAINDICACIONES: La GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis está contraindicada en: pacientes con sensibilidades o alergias confirmadas a los materiales del dispositivo. Todos los componentes de GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis y GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis contienen ePTFE, FEP, nitinol (aleación de níquel y titanio) y oro. Pacientes con una infección sistémica que pueden presentar un mayor riesgo de infección de la endoprótesis vascular.

GORE® Molding & Occlusion Balloon Catheter (MOB)
INDICACIONES DE USO: El GORE® Molding & Occlusion Balloon Catheter está diseñado para la oclusión temporal de vasos de diámetro grande o para ayudar a la expansión de prótesis endovasculares autoexpandibles (endoprótesis cubiertas).
CONTRAINDICACIONES: El GORE® Molding & Occlusion Balloon Catheter está contraindicado en pacientes que: tienen contraindicaciones para los medios de contraste o los anticoagulantes; tienen un punto de entrada arterial que no admite una vaina introductora de 10 Fr; son menores de edad; están embarazadas.

Los productos enumerados pueden no estar disponibles en todos los mercados.

© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mencionadas son marcas comerciales de un miembro del grupo de empresas afiliadas a Gore o de sus respectivos propietarios. "*Together, improving life*" y el diseño son marcas comerciales de una empresa de Gore.

25AR1208-ES01 SEPTIEMBRE 2025

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Asia Pacific +65 67332882 **Australia/New Zealand** 1800 680 424 **Europe** 00800 6334 4673
United States Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771